

## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

### Поставка эталонных газовых смесей

#### 1. Введение

Техническое задание является неотъемлемой частью документации по присуждению, сопровождающая технический проект и подробно описывающая технические требования, на основании которых каждый участник тендера составляет техническое и финансовое предложение.

В этом отношении любая представленная оферта, которая отличается от положений технического задания, будет принята во внимание, но только в той мере, в какой техническое предложение подразумевает предоставление качественного уровня, превосходящего минимальные требования технического задания. Оферты не соответствующие требованиям спецификаций, будут объявлены как несоответствующие и будут отклонены.

#### 2. Необходимость

Настоящее техническое задание предназначено для закупки эталонных газовых смесей, являющихся рабочим эталоном для периодической градуировки измерительных и защитных систем оборудования "СЕТ - Nord" SA, находящегося по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168.

*Таблица №1*

№	Наименование	Кол-во (шт.)
1.	Метан (CH <sub>4</sub> ) в N <sub>2</sub> 2,00%	Баллон 10л - 1шт.
2.	Метан (CH <sub>4</sub> ) в N <sub>2</sub> 1,07%	Баллон 5л - 1 шт.
3.	Метан (CH <sub>4</sub> ) в N <sub>2</sub> 0,75%	Баллон 5л - 1 шт.
4.	Кислород (O <sub>2</sub> ) в N <sub>2</sub> 2,1 %	Баллон 10л - 1шт.
5.	Оксид углерода CO в N <sub>2</sub> 198 ppm	Баллон 5л - 1 шт.
6.	Оксид углерода CO в N <sub>2</sub> 977 ppm	Баллон 10л - 1шт.
7.	Азот особо чистый	Баллон 10л - 1шт.

#### 3. Требования к характеристикам смесей и баллонам:

- товар должен соответствовать заявленным характеристикам;
- абсолютная расширенная неопределённость не должна превышать 0,02%;
- по качеству товар должен соответствовать стандартам, ГОСТу или техническим условиям и спецификациям производителя, а также иметь сертификат, подтверждающий соответствие ГОСТу;
- баллоны должны иметь соответствующие маркировки;
- при хранении и транспортировке вентиль на баллоне должен быть закрытым, иметь заглушку штуцера и защитный колпак;
- для предотвращения коррозии баллон необходимо защищать от избыточной влаги (осадков);
- при транспортировке баллон размещать горизонтально и предотвращать его перекатывание и падение.

#### 4. Требования к упаковке, маркировке, транспортировке

Вся продукция должна быть промаркирована. Во время транспортирования и погрузо-разгрузочных работ транспортная тара не должна подвергаться резким ударам и прямому воздействию осадков и пыли.

### **5. Требования к условиям поставки и приёмки**

Количественная / качественная приёмка будет происходить на складе „CET – Nord” SA, находящемся по адресу м. Бэлць, ул. Шт. чел Маре, 168, при наличии сопровождаемой документации (товарные накладные, сертификаты, паспорта качества).

### **6. Требования к гарантии**

Срок годности смесей не менее 1,5 лет. Срок будет определяться в соответствии с сертификатами на поставляемую продукцию всех доставленных единиц.

Штуцера (вместе с заглушкой) смесей, поставляемых по контракту, должны быть запечатаны термоусадочной плёнкой. Кроме того, поставщик обязан убедиться, что баллоны не имеют дефектов.

**7. Контактные лица:**      нач.департамента поддержки и логистики – Чумаченко О.А.  
Телефон: + 373 (231) 5-33-67  
e-mail: [logistic@cet-nord.md](mailto:logistic@cet-nord.md)